

MRI 検査を受けられる方へ

お名前	様	食事	通常通り・空腹絶飲食
検査日	平成 年 月 日()	時間	午前・午後 時 分

検査時間の 20 分前までには、お越してください。

MRI 検査を安全・正確に行うため、次の説明をご理解の上、

裏面 **MRI 検査事前調査票** へのご記入をお願いいたします。

MRI 検査は、基本的に人体に影響がなく、安全に行える検査です。

MRI 検査は、トンネル上の大きな磁石の中に入って行われ、身体の構造、疾病の有無や状況を詳しく調べます。

トンネルは直径 60cm の円筒ですが、筒の中に入ると筒の天井までが 20cm ほどしかないため、閉所恐怖の方にはつらい場合があります。

検査中に動いていただくような指示はありませんので、検査部位を動かさずにそのまま楽にして休んでいてください。

検査時間は、検査内容により異なります。

頭部で 20 分程度、一般に 20 分から 1 時間程度かかります。

トイレは事前に済ませておいてください。

検査中に、金属をたたくような大きな音がします。

検査の出来ない方

心臓ペースメーカーを使用している方	誤作動する可能性があります
人工内耳を使用している方	故障する可能性があります
人工弁置換術や脳動脈瘤、人工関節の手術を行い、体内に磁性体金属がある方	体内で位置がずれたり、外れてしまう可能性があります。手術時期によっては検査ができることがあります
狭いところが苦手な方	トンネル状の狭い磁石の中に入ります
妊娠 4~10 週の方	胎児に対する安全性が確立されていません
インプラント	特に磁性インプラントは効果が源弱します
入れ墨・アートメイクをしている方	やけどをする可能性があります

検査室に持ち込めないもの

時計、携帯電話、磁気カード（キャッシュカード、クレジットカード、診察券など）、ベルト、コルセット、アクセサリ、ヘアピン、財布、湿布、カイロ、エレキバン、義歯、補聴器、めがね、ニトログリセリンなどの張り薬、酸素ボンベ、鍵等の磁性体金属が含まれるもの

着衣のファスナーや金属製のボタン類は、撮影部位により検査に影響します。

検査着に着替えていただく場合がございます。

コンタクトレンズは、検査前にはずしていただきますので、専用の容器をお持ちください。